چک لیست ارزیابی کار با الکتروشوک

تاریخ ارزیابی: نام بخش: نام ارزیاب: فرد مورد ارزیابی:

ردیف	مراحل انجام کار	قابل قبول	نیاز به آموزش	شامل نمی شود
1	نحوه چک روزانه دستگاه را به درستی انجام میدهد			
2	وجود و سلامت (پدل‌ها، لیدها، کاغذ ثبت، ژل) را تأیید می‌کند.			
3	نحوه وصل کردن لیدهای سینه ای و مانیتورینگ توسط الکتروشوک را میداند			
4	محل قرار گیری پدل های الکتروشوک را میداند			
5	تفاوت کاردیوورژن و دفیبریلاتور را میداند (عملکرد دکمه sync)			
6	میزان ژول مورد نیاز در زمان احیا جهت شوک اول و شوک دوم به بعد در احیا را میداند			
7	ریتم های قابل شوک را میشناسد			
8	قبل از شوک روی بدن بیمار در محل قرار گیری پدل ها ژل میزند			
9	هنگام شوک پدل ها کامل به قفسه سینه بیمار چسبیده و حدود ۱۰ کیلوگرم نیرو وارد میکند			
10	قبل از دادن شوک ۳ بار بلند اعلام میکند و همزمان عدم اتصال دیگران به بیمار را کنترل میکند			