چک لیست ارزیابی کار با ونتیلاتور

تاریخ ارزیابی: **نام بخش:** **نام ارزیاب:** **فرد مورد ارزیابی:**

ردیف	مراحل انجام کار	قابل قبول	نیاز به آموزش	شامل نمی شود
1	ست بندی دستگاه را به درستی انجام داده است			
2	محفظه ی رطوبت ساز را با آب مقطر استریل تا خط مربوطه پر می کند.			
3	پارامترهای ونتیلاتور (TV, F , PEEP, PS, FIO2, Trigger) طبق دستور و متناسب باشرایط بیمار تنظیم شده است			
4	سنسور فلو در دستگاه سالم و روشن است			
5	آلارم های دستگاه در محدوده مناسب تنظیم شده و پرستار نسبت به آلارم های دستگاه و رفع آن آگاهی دارد			
6	در مسیر ست ونتیلاتور آب ندارد و واتر ترپ ها خالی است			
7	دستگاه لیک ندارد			
8	برای بیمار سدیشن در حد تحمل دستگاه، گذاشته شده است			
9	در صورت استفاده از ماسک NIV اقدامات جهت پیشگیری از زخم پل بینی و گونه ها در برنامه مراقبتی در نظر گرفته شده است			
10	فشار کاف لوله تراشه مناسب است(۲۰-۲۵ mmhg)			
11	باند لوله تراشه مناسب بسته شده (دو انگشت از زیر آن عبور می کند) و تمیز است			
12	در گزارش پرستاری شرایط بیمار و تنظیمات ونتیلاتور و تغییرات آن به درستی ثبت شده است			